

QUESITO N. 1

Con la presente vorremmo richiedere di specificare la marca del generatore al quale collegare i cavi richiesti per le tre pinze bipolari del LOTTO 1. Inoltre, siamo a richiedere una proroga della scadenza della gara in oggetto per garantire la consegna della campionatura.

RISCONTRO QUESITO N. 1

Si precisa che trattasi di generatore bipolare Malis - Stryker, modello 6700-313-500

Per la proroga della scadenza si rimanda ad apposito avviso in piattaforma Sintel

QUESITO N. 2

Saremmo a richiedere se le pinze bipolari per il LOTTO 1 sono standard o non stick.

RISCONTRO QUESITO N. 2

Si precisa che, per il lotto n. 1, vengono chieste pinze bipolari di tipo "non stick".

QUESITO N. 3

Relativamente alla campionatura, viene chiesto l'invio di 3 campioni gratuiti, senza specificare se tale campionatura si riferisce al solo lotto 2. Per quanto riguarda il lotto 1 essendo strumentario riutilizzabile si chiede se possibile inviare in conto visione (ritirando lo strumentario dopo la prova). Sempre per il lotto 1 si chiede inoltre quali misure devono essere campionate in quanto le punte da 0.2 e 0.4 non sono richieste nella descrizione del lotto che riporta "diametri delle punte per ogni tipo di lunghezza da 0.5 mm a 1.5 mm". Al fine di una più ampia partecipazione alla procedura, si chiede inoltre il posticipo della scadenza della RDO.

RISCONTRO QUESITO N. 3

Si conferma che trattasi di rifiuto. A parziale rettifica della richiesta d'offerta, si specifica quanto segue:

- **Lotto n. 1 – Pinze riutilizzabili:** richiesta visione/prova di
 - a) n. 1 pezzo, lunghezza oltre 190 mm, punta diametro 0.5 mm
 - b) n. 1 pezzo, lunghezza oltre 190 mm, punta diametro 1.0 mm
- **Lotto n. 2 – Pinze monouso:** richiesta campionatura gratuita di
 - a) n. 1 pezzo, versione oltre 190 mm, punta diametro 0.4 mm
 - b) n. 1 pezzo, versione oltre 190 mm, punta diametro 1.0 mm

Per la proroga della scadenza si rimanda ad apposito avviso in piattaforma Sintel

QUESITO N. 4

In merito alla procedura in oggetto, siamo a richiedere il modello o i modelli dei sistemi di coagulazione utilizzati al fine di offrire il corretto cavo per quanto riguarda le pinze riutilizzabili del Lotto 1.

RISCONTRO QUESITO N. 4

Si precisa che per sistema di coagulazione ci si riferisce al generatore bipolare Malis - Stryker, modello 6700-313-500

QUESITO N. 5

Si chiede cortesemente la possibilità di avere la proroga del termine ultimo previsto per la consegna della campionatura.

RISCONTRO QUESITO N. 5

Si rimanda ad apposito avviso in piattaforma Sintel

QUESITO N. 6

Cosa intendete per "sistemi di coagulazione dedicate"? Elettrobisturi? Modello? Inoltre, chiediamo se il cavo deve essere quotato in quantità pari al numero di pinze richieste.

RISCONTRO QUESITO N. 6

Si precisa che vengono chieste pinze bipolari dedicate ai sistemi di coagulazione per interventi di neurochirurgia; il generatore è il generatore bipolare Malis - Stryker, modello 6700-313-500.

Si precisa che viene richiesto un numero di cavi inferiore alla quantità di pinze; a tal fine si provvede alla revisione del documento, contenuto nella cartella zip presente all'interno della sezione *documentazione di gara*, denominato *Allegato 1 e Scheda d'Offerta* relativamente al lotto 1.

QUESITO N. 7

La presente per chiedere se la campionatura richiesta di n. 3 pinze bipolari è richiesta per entrambi i lotti, oppure solo per il lotto 2 riguardante pinze bipolari monouso.

RISCONTRO QUESITO N. 7

Si rimanda alla risposta al chiarimento n. 3.