

Procedura aperta, multilotto, ai sensi degli artt. 14 e 71 del D.Lgs. 36/2023, esperita in forma aggregata, per l'affidamento della fornitura di DISPOSITIVI MEDICI AD USO GENERALE E PER DIFFERENTI SPECIALITÀ necessari alla ASST di Cremona (capofila), alla ASST di Mantova e alla ASST di Crema (mandanti), per un periodo di 60 mesi

ID Sintel: 221555595

CHIARIMENTI

Chiarimento n. 28:

Per i lotti aggiudicabili con il "criterio del minor prezzo", la documentazione tecnica non è da inserire in piattaforma perché non prevista pertanto sono a chiedere di poterla includere nella campionatura in modo che possiate verificare le caratteristiche tecniche come da capitolato speciale.

Riscontro chiarimento n. 28:

Si conferma la possibilità di accludere, unitamente alla campionatura, le schede tecniche relative ai prodotti.

Chiarimento n. 29:

Relativamente al Lotto n. 7 "Lame monouso per laringoscopio a fibre ottiche", si chiede cortesemente di indicare il numero di manici da fornire in sconto merce, considerato che la durata della gara è di 5 anni, tale informazione risulta necessaria ai fini della corretta formulazione dell'offerta.

Riscontro chiarimento n. 29:

Si conferma che il numero di manici da fornire in sconto merce per l'ASST di Cremona è pari a n. 15 mentre per l'ASST di Crema è pari a n. 5.

Si specifica che la fornitura dei suddetti manici dovrà avvenire in un'unica soluzione e ad inizio contratto.

Chiarimento n. 30

Con riferimento al Lotto n. 15, si chiede di confermare che la campionatura gratuita possa essere presentata al di fuori della confezione di vendita, mediante confezioni unitarie sterili, purché il dispositivo campionato sia identico per caratteristiche tecniche, funzionali e prestazionali al prodotto offerto.

Riscontro chiarimento n. 30

Si conferma.

Chiarimento n. 31

Si chiede di voler specificare meglio il tipo di raccordo richiesto. Più precisamente si chiede se il raccordo conico deve essere maschio o femmina e specificare il tipo di sonda da collegare e il suo utilizzo.

Riscontro chiarimento n. 31

Si conferma che il raccordo conico deve essere femmina.

Il lato conico viene collegato al catetere vescicale utilizzato per l'instillazione vescicale di farmaci.

Chiarimento n. 32

Si chiede gentilmente di indicare se il dispositivo debba essere riposizionabile o non riposizionabile.

Riscontro chiarimento n. 32

Si conferma, relativamente al Lotto n. 18 rubricato "Dispositivo per localizzazione lesioni mammarie", che verranno prese in considerazione offerte sia di dispositivi riposizionabili che di dispositivi non riposizionabili.

Chiarimento n. 33

Con riferimento alla procedura in oggetto segnaliamo quanto segue:

nel lotto n. 35 si richiede offerta per: SET PER MONITORAGGIO PRESSIONE INTRA-ADDOMINALE

Segnaliamo che un dispositivo, avente la stessa funzionalità operativa, è stato aggiudicato nella Vs. procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici e materiali sanitari vari, al lotto n. 120 (id sintel 171090914). Vs. decreto di aggiudicazione n. 669 del 23.07.25 alla ns. azienda. Chiediamo pertanto di valutare l'opportunità di stralciare il lotto n. 35 in quanto riferito allo stesso dispositivo.

Riscontro chiarimento n. 33

Si conferma che il Lotto n. 35 rubricato "Set monitoraggio pressione intra addominale" è stato annullato come da motivazione riportata nel "Avviso di annullamento Lotti" pubblicato sul sito internet aziendale nella sezione "Lavora con noi" – "Forniture di beni e servizi" – "bandi e gare" alla voce relativa alla procedura in argomento nonché sulla Piattaforma Sintel nella sezione "documenti di gara". Si invita pertanto a prendere visione del contenuto del suddetto avviso.

Chiarimento n. 34

Con la presente Vi informiamo che al Lotto n. 31 sono richiesti gli stessi codici aggiudicati al Lotto 13 A) della gara Procedura Aperta, in forma aggregata, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, per la fornitura di dispositivi per drenaggio e raccolta liquidi e relative eventuali apparecchiature espletata dall'ASST Spedali Civili di Brescia. La scrivente Ditta è disponibile a fornire sia il drenaggio a "1 camera" cod. 10140 che a "2 camere" cod. 10137 (con ampliamento gamma al Lotto 13 A) sulla gara dell'ASST Spedali Civili di Brescia) alle medesime condizioni economiche.

Riscontro chiarimento n. 34

Si conferma che il Lotto n. 31 rubricato "Sistema compatto per drenaggio toracico pleurico per aspirazione controllata" è stato annullato come da motivazione riportata nel "Avviso di annullamento Lotti" pubblicato sul sito internet aziendale nella sezione "Lavora con noi" – "Forniture di beni e servizi" – "bandi e gare" alla voce relativa alla procedura in argomento nonché sulla Piattaforma Sintel nella sezione "documenti di gara". Si invita pertanto a prendere visione del contenuto del suddetto avviso.

Chiarimento n. 35

La presente per segnalare che relativamente al Vs. LOTTO 25: "sutura circolare retta per emorroidectomia", è presente e attiva gara ARIA 2024_037 - LOTTO 18 con il medesimo prodotto e con tutte le misure richieste. Chiediamo pertanto l'annullamento del Vs. lotto 25.

Riscontro chiarimento n. 35

Si conferma il mantenimento del Lotto n. 25 rubricato "Sutura circolare retta per emorroidectomia".

Chiarimento n. 36

Con la presente siamo ad inviare le seguenti richieste di chiarimento:

Con riferimento al Lotto 40, nel Capitolato Tecnico è richiesta la fornitura di "Elettrodo monouso per ECG estemporaneo a riposo adulti con cavetto a banana 4 mm – connessione e cavetto".

Si chiede di confermare che la dicitura "con cavetto a banana 4 mm" debba intendersi come "con connessione a banana 4 mm" e che il riferimento al cavetto sia da considerarsi un mero rifiuto.

Tale richiesta deriva dal fatto che nella documentazione di gara non risultano riportate le caratteristiche tecniche del cavetto né sono indicate la relativa quantità e la base d'asta, elementi necessari per la corretta formulazione dell'offerta economica e tecnica.

Con riferimento al Lotto n. 24, si chiede di confermare la tipologia di prodotto richiesta, in quanto dalla descrizione tecnica non risulta chiaro se si intenda un pallone rianimatore di tipo Va e Vieni oppure un pallone rianimatore di tipo Ambu.

Riscontro chiarimento n. 36

Si conferma quanto chiarito con riscontro al chiarimento n. 19.

Si conferma che il Lotto n. 24 rubricato “Kit per ventilazione manuale adulto” è stato annullato come da motivazione riportata nel “Avviso di annullamento Lotti” pubblicato sul sito internet aziendale nella sezione “Lavora con noi” – “Forniture di beni e servizi” – “bandi e gare” alla voce relativa alla procedura in argomento nonché sulla Piattaforma Sintel nella sezione “documenti di gara”. Si invita pertanto a prendere visione del contenuto del suddetto avviso.

Chiarimento n. 37

Si richiede cortese riscontro in merito alle seguenti richieste di chiarimento:

LOTTO 39 - Si richiedono maggiori informazioni tecniche su “punta sterile per elettrocauterio”:
forma elettrodo e dimensioni;

LOTTO 41 - Si richiedono maggiori informazioni tecniche su “pledget chirurgico”: forma e dimensioni.

Riscontro chiarimento n. 37

Si conferma che viene richiesta una punta sterile destinata ad essere utilizzata con l'Elettrocauterio pluriuso in nostra dotazione di cui abbiamo indicato i riferimenti nel testo del Capitolato Speciale (*ditta Fiab Spa – modello F7299*) a pagina n. 24. La punta deve avere una lunghezza indicativa di 3 cm.

Relativamente al Lotto n. 41 rubricato “PLEDGET CHIRURGICO” si rappresenta che per mero errore materiale sono state indicate, tra le caratteristiche generali, la forma quadrata e la dimensione di 6x6 mm.

Pertanto, si rettificano esclusivamente dette caratteristiche generali nei termini che seguono: forma rettangolare e dimensioni 8x13 mm circa.

Chiarimento n. 38

In riferimento al lotto n. 41, si chiede se ci sia una tolleranza nella misura del pledget richiesto di +/- 1 mm.

Riscontro chiarimento n. 38

Si conferma la tolleranza nella misura del pledget relativamente alle misure riportate nel riscontro al chiarimento n. 37.

Chiarimento n. 39

Con riferimento al Lotto n. 38, il Capitolato speciale prescrive un catetere guida "compatibile con canale operativo broncoscopio 2 mm" e, contestualmente, la compatibilità del sistema con sonde radiali Fuji PB2020-M2.

Si rappresenta che i due requisiti risultano tra loro tecnicamente incompatibili, per ragioni di ordine dimensionale insuperabili. La guaina-guida (catetere di navigazione) ha infatti la funzione di alloggiare al proprio interno la sonda radiale ed è pertanto caratterizzata da un diametro esterno necessariamente superiore a quello della sonda. La sonda Fuji PB2020-M2 presenta un diametro massimo della sezione di inserimento pari a 1,98 mm; ne consegue che qualsiasi guaina-guida idonea a contenerla ha un diametro esterno superiore a 2,0 mm e, di conseguenza, non è fisicamente inseribile in un canale operativo da 2,0 mm.

In altri termini, nessuna sonda radiale della classe indicata negli atti di gara può essere veicolata, tramite guaina-guida, attraverso un canale operativo da 2,0 mm. Il valore richiesto risulta quindi tecnicamente non realizzabile per la tipologia di dispositivo oggetto del Lotto, per nessun operatore economico: i sistemi EBUS-GS disponibili sul mercato e compatibili con la sonda in questione richiedono un canale operativo di calibro superiore (a partire da 2,6 mm).

Tanto premesso, si chiede:

1. in via principale, di voler rettificare il requisito relativo al canale operativo, ammettendo l'offerta di un kit la cui guaina-guida sia compatibile con canale operativo da 2,6 mm e oltre, in luogo del valore di 2,0 mm indicato negli atti, ferma restando la piena compatibilità con la sonda radiale Fuji PB2020-M2 e il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti richiesti;
2. di confermare l'ammissibilità dell'offerta di cui al punto 1 quale soluzione funzionalmente equivalente;
3. in ogni caso, di voler specificare il modello di broncoscopio (e relativo diametro del canale operativo) effettivamente in uso presso l'Azienda per il Lotto in oggetto, al fine di consentire la formulazione di un'offerta tecnicamente conforme.

Riscontro chiarimento n. 39

Si conferma che il Lotto n. 38 rubricato “Kit prelievo campioni citologici/istologici da apparato respiratorio” è stato annullato come da motivazione riportata nel “Avviso di annullamento Lotti” pubblicato sul sito internet aziendale nella sezione “Lavora con noi” – “Forniture di beni e servizi” – “bandi e gare” alla voce relativa alla procedura in argomento nonché sulla Piattaforma Sintel nella sezione “documenti di gara”. Si invita pertanto a prendere visione del contenuto del suddetto avviso.