



## **AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE U.O. C. ACQUISTI E SERVIZI**

**N. 911 DEL 04/09/2019**

**OGGETTO: ESITO PROCEDURA NEGOZIATA ESPERITA AI SENSI  
DELL' ART. 36, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS 50/2016 PER  
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LITOTRISSIA  
EXTRACORPOREA MEDIANTE UTILIZZO DI  
STRUMENTAZIONE MOBILE - CIG:7594485F44**

*Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Monica Tonghini*

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'U.O. ACQUISTI E SERVIZI,  
nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con deliberazione n. 188 del 16/3/2018;

RICHIAMATO, inoltre, il decreto del Direttore Generale dell'Azienda n. 80 del 28 febbraio 2019, con il quale è stato confermato, nelle more della ridefinizione dell'assetto organizzativo aziendale, il sistema regolatorio aziendale in essere e disciplinante l'adozione dei decreti e delle determinazioni dirigenziali;

RICORDATO che:

- con determinazione n. 296 del 16/4/2018 è stato approvato avviso esplorativo per manifestazione di interesse per invito a procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett b) D.Lgs. 50/2016 con oggetto l'affidamento del servizio di litotrissia extracorporea mediante utilizzo strumentazione mobile;
- l'avviso esplorativo di cui sopra è stato pubblicato sul sito aziendale e sulla Piattaforma telematica di Regione Lombardia denominata "SINTEL";
- entro il termine indicato nell'avviso esplorativo sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse:
  - DORNIER MEDTECH ITALIA S.r.l.
  - STORZ MEDICAL S.r.l.
  - UROLOGY DIAGNOSTIC S.r.l.
  - EDAP TECHNOMED ITALIA S.r.l.
- con lettere d'invito prot. n. 26237/18 del 20/8/2018 è stata indetta procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di litotrissia extracorporea mediante utilizzo strumentazione mobile invitando le Ditte sopra indicate che hanno manifestato interesse;
- la procedura negoziata è svolta mediante l'utilizzo della Piattaforma telematica di Regione Lombardia denominata "SINTEL";
- il servizio viene aggiudicato ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 a favore del concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e determinata dal punteggio totale attribuito sulla base degli elementi di valutazione di cui all'art. 9 della lettera d'invito;
- entro il termine indicato nella lettera d'invito hanno presentato offerta le seguenti Ditte:
  - DORNIER MEDTECH ITALIA S.r.l.
  - STORZ MEDICAL S.r.l.
  - UROLOGY DIAGNOSTIC S.r.l.
  - EDAP TECHNOMED ITALIA S.r.l.
- con determinazione dirigenziale n. 879 dell'8/10/2018 è stata disposta, in recepimento delle decisioni assunte dal Seggio di Gara di cui ai verbali n. 1 del 4/10/2018, n. 2 del 4/10/2018 e n. 3 del 5/10/2018, l'ammissione alle successive fasi di gara di tutte le ditte concorrenti;
- con decreto n.417 del 27/12/2018 è stata nominata la Commissione Giudicatrice;
- in data 21/1/2019 si è svolta la seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti come da verbale n. 4, allegato al presente provvedimento quale parte integrante;

VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice che ha provveduto all'esame delle offerte tecniche attribuendo i punteggi tecnico-qualitativi in conformità a quanto stabilito dalla documentazione di gara: n.1 del 22/1/2019, n.2 dell'1/4/2019 e n.3 dell'1/8/2019, allegati al presente provvedimento quale parte integrante;

DATO ATTO che:

- in data 28/8/2019, come risulta dal verbale n.5 allegato al presente provvedimento quale parte integrante, si è svolta la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche che ha dato l'esito di seguito riportato:

DITTA OFFERENTE	PUNTEGGIO TECNICO	VALORE OFFERTA EC.	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE
STORZMEDICAL ITALIA	70,00	€ 136.800,00	27,16	97,16
UROLOGY DIAGNOSTIC	69,13	€ 136.080,00	27,30	96,43
DORNIER MEDTECH ITALIA	62,45	€ 123.840,00	30,00	92,45
EDAP TECHNOMED ITALIA	48,98	€ 129.960,00	28,59	77,57

- l'offerta della STORZ MEDICAL ITALIA, presentava indice di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto alla verifica dell'anomalia secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del sopra citata Decreto, come risulta dal verbale del 29/8/2019, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, ritenendo gli elementi giustificativi presentati dalla ditta idonei a giudicare nel suo insieme la congruità ed adeguatezza dell'offerta economica;

RIBADITO che trattasi di categoria di beni non compresi nell'elenco di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 e di fornitura per cui non sono al momento attive convenzioni CONSIP S.p.A. ed ARIA S.p.A. e non sono in programmazione iniziative a livello regionale attribuite ad ARIA S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di aggiudicare il servizio in argomento alla ditta STORZ MEDICAL ITALIA S.r.l. di Roma, quale miglior offerente, per un periodo di quattro anni con decorrenza dal 30/9/2019, per un importo complessivo presunto pari ad € 136.800,00 iva esclusa, come da offerta economica allegata al presente provvedimento quale parte integrante;

DATO ATTO che le condizioni economiche della nuova aggiudicazione sono sovrapponibili a quelle in essere;

RITENUTO di:

- confermare in qualità di Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Susanna Aschedamini, Direttore dell'UOC Acquisti e Servizi;
- nominare in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Felicita Luraschi, Responsabile U.O. di Fisica Sanitaria;

ATTESO che l'UOC Economico Finanziario ha finanziato per gli anni dal 2019 al 2023 la spesa complessiva presunta di € 166.896,00 iva 22% inclusa come segue:

- per l'anno 2019 la spesa complessiva presunta pari ad € 9.272,00 iva inclusa viene imputata al conto 705210020 "Noleggi attrezzature sanitarie";
- per gli anni dal 2020 al 2022 la spesa annua complessiva presunta pari ad € 41.724,00 iva inclusa verrà imputata al medesimo conto e verrà presa in considerazione in sede di redazione dei rispettivi bilanci di previsione;

- per l'anno 2023 l'importo da considerare sarà pari ad € 32.452,00

Anno	Conto	Competenza	POC	POOP	Importo
2019	705210020	ECO	€ 6.954,00	€ 2.318,00	€ 9.272,00
2020	705210020	ECO	€ 27.816,00	€ 13.908,00	€ 41.724,00
2021	705210020	ECO	€ 27.816,00	€ 13.908,00	€ 41.724,00
2022	705210020	ECO	€ 27.816,00	€ 13.908,00	€ 41.724,00
2023	705210020	ECO	€ 20.862,00	€ 11.590,00	€ 32.452,00

PRECISATO che l'importo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ammontante ad € 2.736,00 potrà essere registrato ed accantonato cumulativamente al conto 716110014 "Accantonamento incentivi funzioni tecniche art.113 decreto legislativo n.50/2016" nei Bilanci di competenza a seguito dell'approvazione dell'apposito regolamento aziendale e di assegnazione regionale;

PRESO ATTO dell'attestazione resa dal competente Responsabile del Procedimento in ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

#### **DETERMINA**

- 1) di approvare l'operato del Seggio di gara, della Commissione Giudicatrice e del Responsabile Unico del Procedimento di cui ai verbali richiamati in narrativa ed allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, relativi alla procedura negoziata esperita ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento del servizio di litotrixxia extracorporea mediante utilizzo strumentazione mobile per un periodo di mesi 48 con decorrenza dal 30/9/2019;
- 2) di prendere atto, dell'esito della procedura negoziata e conseguentemente di aggiudicare alla ditta STORZ MEDICAL ITALIA Srl di Roma il servizio suddetto per il periodo dal 30/9/2019 al 29/9/2023 e per un importo complessivo presunto di € 136.800,00 iva esclusa (€ 166.896,00 iva inclusa), come da offerta economica allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che l'UOC Economico Finanziario ha finanziato per gli anni dal 2019 al 2023 la spesa complessiva presunta di € 166.896,00 iva 22% inclusa come segue:
  - per l'anno 2019 la spesa complessiva presunta pari ad € 9.272,00 iva inclusa viene imputata al conto 705210020 "Noleggi attrezzature sanitarie";
  - per gli anni dal 2020 al 2022 la spesa annua complessiva presunta pari ad € 41.724,00 iva inclusa verrà imputata al medesimo conto e verrà presa in considerazione in sede di redazione dei rispettivi bilanci di previsione;
  - per l'anno 2023 l'importo da considerare sarà pari ad € 32.452,00

Anno	Conto	Competenza	POC	POOP	Importo
2019	705210020	ECO	€ 6.954,00	€ 2.318,00	€ 9.272,00
2020	705210020	ECO	€ 27.816,00	€ 13.908,00	€ 41.724,00
2021	705210020	ECO	€ 27.816,00	€ 13.908,00	€ 41.724,00
2022	705210020	ECO	€ 27.816,00	€ 13.908,00	€ 41.724,00
2023	705210020	ECO	€ 20.862,00	€ 11.590,00	€ 32.452,00

- 4) di dare atto che l'importo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ammontante ad € 2.736,00 potrà essere registrato ed accantonato cumulativamente al conto 716110014 "Accantonamento incentivi funzioni tecniche art.113 decreto legislativo n.50/2016" nei Bilanci di competenza a seguito dell'approvazione dell'apposito regolamento aziendale e di assegnazione regionale;
- 5) di confermare in qualità di Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Susanna Aschedamini, Direttore dell'UOC Acquisti e Servizi;
- 6) di nominare in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Felicita Luraschi, Responsabile U.O. di Fisica Sanitaria;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.17 comma 6 della legge regionale della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33.

Firmato digitalmente  
IL DIRETTORE U.O.C. ACQUISTI E SERVIZI  
Dr.ssa Susanna Aschedamini

**Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. 50/2016 per  
l'affidamento del servizio di litotrissia extracorporea mediante utilizzo di  
strumentazione mobile**

**VERBALE N. 1**

**VERBALE SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE  
AMMINISTRATIVA PRESENTATA DALLE DITTE CONCORRENTI**

In data 4 ottobre 2018, alle ore 10,00, presso la Sala riunioni del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona (in seguito Azienda), si sono riuniti i Sigg.:

- Dott.ssa Susanna Aschedamini Direttore U.O. Acquisti e Servizi in qualità di Presidente
- Dott. ssa Monica Tonghini Collaboratore Amm.vo U.O. Acquisti e Servizi, in qualità di componente
- Dott. Corrado Gozzetti Dirigente Amm.vo U.O. Acquisti e Servizi, in qualità di componente

Viene ammesso ad assistere alla seduta, in quanto munito di idonea delega il Sig. Francesco Ripa in rappresentanza della ditta STORZ MEDICAL S.r.l.

Operando attraverso il sistema, si è dato avvio alle operazioni previste dall'art. 10 della lettera d'invito procedendo quindi:

- alla verifica delle offerte pervenute da parte delle Ditte concorrenti entro il termine previsto dalla lettera d'invito e precisamente:
  - ✓ DORNIER MEDTECH ITALIA S.r.l.
  - ✓ STORZ MEDICAL S.r.l.
  - ✓ UROLOGY DIAGNOSTIC S.r.l.
  - ✓ EDAP TECHNOMED ITALIA S.r.l.
- alla verifica della firma digitale di ciascuna Ditta concorrente;
- all'apertura della documentazione amministrativa;
- alla verifica della mera presenza della documentazione amministrativa richiesta;

Il Presidente comunica che:

- in apposita seduta riservata si procederà all'esame del contenuto di ogni singolo documento presentato dalle Ditte partecipanti al fine di verificarne la regolarità;
- a seguito della verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa, si procederà, in data che verrà comunicata tramite il Sistema, allo svolgimento delle seguenti ulteriori operazioni:
  - ammissione alla successiva fase di valutazione tecnica delle ditte concorrenti ammesse sotto il profilo amministrativo a seguito di verifica di regolarità e completezza della documentazione presentata;
  - esclusione delle ditte concorrenti non ammesse sotto il profilo amministrativo, a causa di irregolarità della documentazione presentata;
  - apertura della documentazione tecnica;
  - verifica della mera presenza della documentazione presentata da ciascuna ditta con rinvio alle attività che verranno svolte dalla Commissione Giudicatrice circa l'esame della

completezza e regolarità dei documenti necessari ai fini dell'ammissione sotto il profilo tecnico e della valutazione di idoneità di merito.

La seduta, della quale viene redatto il presente verbale, viene chiusa alle ore 10,20 del giorno 4 ottobre 2018.


Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGGIO DI GARA

Dott.ssa Susanna Aschedamini

Dott. ssa Monica Tonghini

Dott. Corrado Gozzetti



The image shows three handwritten signatures, each written over a horizontal line. The first signature is the most stylized and appears to be 'Susanna Aschedamini'. The second signature is 'Dott. ssa Monica Tonghini'. The third signature is 'Dott. Corrado Gozzetti'.

**Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. 50/2016 per  
l'affidamento del servizio di litotrissia extracorporea mediante utilizzo di  
strumentazione mobile**

**VERBALE N. 2**

**VERBALE SEDUTA RISERVATA DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE  
AMMINISTRATIVA PRESENTATA DALLE DITTE CONCORRENTI**

In data 4 ottobre 2018, alle ore 14.00, presso l'UO Acquisti e Servizi dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona (in seguito Azienda), si sono riuniti i Sigg.:

- Dott.ssa Susanna Aschedamini      Direttore U.O. Acquisti e Servizi in qualità di Presidente
- Dott. ssa Monica Tonghini          Collaboratore Amm.vo U.O. Acquisti e Servizi, in qualità di  
componente
- Dott. Corrado Gozzetti              Dirigente Amm.vo U.O. Acquisti e Servizi, in qualità di  
componente

Premesso che in data 4/10/2018 alle ore 10.00 si è tenuta la prima seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa presentata dalle ditte concorrenti e precisamente:

- DORNIER MEDTECH ITALIA S.r.l.
- STORZ MEDICAL S.r.l.
- UROLOGY DIAGNOSTIC S.r.l.
- EDAP TECHNOMED ITALIA S.r.l.

In tale seduta si è proceduto:

- alla verifica delle offerte presentate dalle concorrenti entro il termine previsto dagli atti di gara;
- all'apertura della documentazione amministrativa presentata al fine di dare atto del numero dei documenti pervenuti e della loro corretta visibilità, nonché della presenza della firma digitale;
- si è riservato di procedere alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata.

Si procede quindi alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle ditte concorrenti.

L'attività di verifica della documentazione amministrativa determina i seguenti risultati:

- DORNIER MEDTECH ITALIA S.r.l.: documentazione regolare
- STORZ MEDICAL S.r.l.: documentazione regolare
- UROLOGY DIAGNOSTIC S.r.l.: nell'elenco della documentazione prodotta è indicata al punto 2 "Dichiarazione amministrativa". Tale documento non è presente nella cartella della documentazione caricata in Piattaforma.
- EDAP TECHNOMED ITALIA S.r.l.: documentazione regolare

In applicazione di quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e secondo quanto previsto dall'art.7 della Lettera di invito, si dispone di richiedere alla Ditta UROLOGY DIAGNOSTIC S.r.l., entro un termine non superiore a sette giorni, la regolarizzazione della documentazione amministrativa.

La seduta, della quale viene redatto il presente verbale, viene chiusa alle ore 15.00 del giorno 4/10/2018


Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGGIO DI GARA

Dott.ssa Susanna Aschedamini

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Susanna Aschedamini', written over a horizontal line.

Dott. ssa Monica Tonghini

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Monica Tonghini', written over a horizontal line.

Dott. Corrado Gozzetti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Corrado Gozzetti', written over a horizontal line.

**Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. 50/2016 per  
l'affidamento del servizio di litotrissia extracorporea mediante utilizzo di  
strumentazione mobile**

**VERBALE N. 3**

**VERBALE SEDUTA RISERVATA DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE  
AMMINISTRATIVA PRESENTATA DALLE DITTE CONCORRENTI**

In data 5 ottobre 2018, alle ore 12.00, presso l'UO Acquisti e Servizi dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona (in seguito Azienda), si sono riuniti i Sigg.:

- Dott.ssa Susanna Aschedamini Direttore U.O. Acquisti e Servizi in qualità di Presidente
- Dott. ssa Monica Tonghini Collaboratore Amm.vo U.O. Acquisti e Servizi, in qualità di componente
- Dott. Corrado Gozzetti Dirigente Amm.vo U.O. Acquisti e Servizi, in qualità di componente

Ricordato che in data 4/10/2018 alle ore 14.00 in seduta riservata, era stato disposto di inviare, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016, alla ditta UROLOGY DIAGNOSTIC richiesta di regolarizzazione della documentazione amministrativa presentata.

La ditta UROLOGY DIAGNOSTIC ha provveduto, entro il termine prescritto del 10 ottobre 2018 – ore 12.00, all'invio, tramite la funzionalità “Comunicazioni della procedura” presente in Piattaforma Sintel, della documentazione richiesta.

Tutte le ditte concorrenti vengono pertanto ammesse alle successive fasi di gara.

La seduta, della quale viene redatto il presente verbale, viene chiusa alle ore 12,15.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGGIO DI GARA


Dott.ssa Susanna Aschedamini



Dott. ssa Monica Tonghini



Dott. Corrado Gozzetti





dei documenti necessari ai fini dell'ammissione sotto il profilo tecnico e della valutazione di idoneità di merito.

Il Presidente del Seggio informa che, successivamente alla conclusione dei lavori della Commissione Giudicatrice, si procederà in seduta pubblica all'apertura delle offerte economiche in data che verrà comunicata alle ditte concorrenti con congruo preavviso.

La seduta, della quale viene redatto il presente verbale, viene chiusa alle ore 14,50 del giorno 21/1/2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Corrado Gozzetti

Dott.ssa Monica Tonghini

Dott. Roberto Rivolta

Dr. Matteo Quarta

Dr.ssa Laura Perucchini

Dr. Fabrizio Russo

**Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. 50/2016 per  
l'affidamento del servizio di litotrissia extracorporea mediante utilizzo di  
strumentazione mobile**

**VERBALE SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE**

**VERBALE N. 5**

In data 28 agosto 2019, alle ore 9.30, presso il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona (in seguito Azienda), si riuniscono in seduta pubblica:

Dott. ssa Susanna Aschedamini	Direttore UO Acquisti e Servizi in qualità di Presidente
Dott.ssa Monica Tonghini	Collaboratore Amministrativo Esperto UO Acquisti e Servizio
Dott. Roberto Rivolta	Collaboratore Amministrativo UO Acquisti e Servizi

Alla seduta presenza, in rappresentanza della Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 417 del 27/12/2018, il Dr. Matteo Quarta Dirigente medico presso l'U.O.C. Urologia dell' ASST di Cremona:

Vengono ammessi ad assistere alla seduta, in quanto muniti di idonea delega, i SIGG:

- Massimiliano Grossi in rappresentanza della ditta Dornier MedTech
- Francesco Rippa in rappresentanza della ditta Storz Medical
- Christian Pontecorvi in rappresentanza della ditta Edap Technomed Italia.

Il Presidente del Seggio ricorda che:

- in data 4/10/2018 si è tenuta la prima seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa presentata dalle ditte:
  - ✓ DORNIER MEDTECH ITALIA S.r.l.
  - ✓ STORZ MEDICAL ITALIA S.r.l.
  - ✓ UROLOGY DIAGNOSTIC S.r.l.
  - ✓ EDAP TECHNOMED ITALIA S.r.l.
- all'esito della valutazione della documentazione amministrativa e del soccorso istruttorio il Seggio di gara ha disposto di ammettere tutte le ditte concorrenti alle successive fasi di gara;
- in recepimento delle decisioni assunte dal Seggio di gara, con determinazione dirigenziale n. 879 dell'8/10/2018 è stata disposta l'ammissione alle successive fasi di gara di tutte le ditte offerenti;
- in data 9/10/2018 il suddetto provvedimento è stato trasmesso, tramite Piattaforma Sintel, a tutte le ditte concorrenti ed è inoltre stato pubblicato sul sito aziendale – bandi e gare;
- in data 21/1/2019 alle ore 14,30 si è svolta la seconda seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche;
- con nota prot. n. 27408/19 del 19/8/2019 è stata comunicata alle Ditte concorrenti la data della seduta pubblica del Seggio di gara, fissata per il 28/8/2019 alle ore 9,30, per l'apertura delle offerte economiche.

Il Presidente del Seggio dà lettura dei punteggi tecnici complessivi, già riparametrati, assegnati dalla Commissione Giudicatrice.

Operando attraverso il sistema si procede:

- all'inserimento dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione;
- allo sblocco ed all'apertura dell'offerta economica delle Ditte concorrenti;
- alla constatazione del punteggio economico attribuito dal sistema a seguito dell'apertura dell'offerta economica;
- alla constatazione del punteggio complessivo (punteggio tecnico più punteggio economico) e conseguente graduatoria finale.

Gli esiti delle summenzionate operazioni sono di seguito riportate:

DITTA OFFERENTE	PUNTEGGIO TECNICO	VALORE OFFERTA EC.	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE
STORZMEDICAL ITALIA	70,00	€ 136.800,00	27,16	97,16
UROLOGY DIAGNOSTIC	69,13	€ 136.080,00	27,30	96,43
DORNIER MEDTECH ITALIA	62,45	€ 123.840,00	30,00	92,45
EDAP TECHNOMED ITALIA	48,98	€ 129.960,00	28,59	77,57

Concluse le operazioni, il Presidente precisa che trattasi di graduatoria provvisoria che sarà oggetto di proposta di aggiudicazione previo:

- ✓ controllo off-line delle offerte economiche presentate;
- ✓ verifica dell'anomalia secondo quanto previsto dagli artt. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Presidente precisa altresì che il provvedimento di aggiudicazione verrà inviato a tutti i concorrenti completo di tutti i verbali della procedura.

La seduta, della quale viene redatto il presente verbale, viene chiusa alle ore 9,45 del giorno 28 agosto 2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Susanna Aschedamini




Dott.ssa Monica Tonghini



Dott. Roberto Rivolta



Dr. Matteo Quarta



**Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. 50/2016 per  
l'affidamento del servizio di litotrissia extracorporea mediante utilizzo di  
strumentazione mobile**

**VERBALE SEDUTA RISERVATA DI VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  
TECNICA PRESENTATA DALLE DITTE CONCORRENTI**

**VERBALE N. 1**

In data 22 gennaio 2019, alle ore 14.00, presso l'UO Acquisti e Servizi dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona (in seguito Azienda), si riunisce la Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 417 del 27/12/2018, per la valutazione qualitativa delle offerte relative alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di litotrissia extracorporea mediante utilizzo di strumentazione mobile.

Sono presenti:

- Dott. Matteo Quarta                      Dirigente medico presso l'U.O.C. Urologia - ASST di Cremona  
in qualità di Presidente
- Dr.ssa Laura Perucchini                Dirigente medico presso l'U.O.C. Urologia - ASST di Cremona  
in qualità di componente
- Dr. Fabrizio Russo                      Dirigente medico presso l'U.O.C. Urologia - ASST di Cremona  
in qualità di componente

La Commissione prende atto che a seguito della verifica della regolarità formale della documentazione amministrativa e tecnica, in conformità a quanto previsto nella lettera d'invito, sono state ammesse alla prosecuzione della procedura le sotto elencate ditte:

- DORNIER MEDTECH ITALIA S.r.l.
- STORZ MEDICAL ITALIA S.r.l.
- UROLOGY DIAGNOSTIC S.r.l.
- EDAP TECHNOMED ITALIA S.r.l.

La Commissione riceve copia della documentazione di gara e della documentazione tecnica presentata dai concorrenti e decide di procedere nei lavori come segue:

- verifica della conformità e regolarità della documentazione tecnica presentata tramite piattaforma Sintel dalle Ditte concorrenti;
- verifica della conformità dei sistemi offerti alle caratteristiche ed ai requisiti di conformità richiesti e specificati nei documenti di gara;
- valutazione qualitativa delle offerte tecniche ed attribuzione dei relativi coefficienti con riferimento ad ognuno degli elementi di valutazione qualitativa, come stabilito dalla lettera d'invito, previa prova delle apparecchiature.

In conformità a quanto indicato nei documenti di gara, di cui viene presa visione, la Commissione rileva:

- che l'aggiudicazione della fornitura avverrà globalmente a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.Lgs. 50/2016) sulla base del rapporto qualità/prezzo e valutata sulla base degli elementi di valutazione e relativi punteggi massimi attribuibili indicati nella lettera d'invito;
- che come previsto dall'art. 9 "Criteri di aggiudicazione" della lettera d'invito le offerte che a seguito delle suddette operazioni non avranno raggiunto complessivamente i 6/10 del punteggio tecnico complessivo saranno escluse dal prosieguo della procedura.

La Commissione Giudicatrice procede all'esame della documentazione tecnica prodotta dalle ditte concorrenti.

La Commissione decide di richiedere a tutte le ditte concorrenti la consegna dell'apparecchiatura per la prova prevista ai sensi dell'art. 8 "Visione in prova" della lettera d'invito.

Le date individuate per l'effettuazione della prova sono:

- DORNIER MEDTECH ITALIA S.r.l. il giorno 25/2/2019
- EDAP TECHNOMED ITALIA S.r.l. il giorno 25/2/2019
- UROLOGY DIAGNOSTIC S.r.l. il giorno 25/3/2019
- EDAP TECHNOMED ITALIA S.r.l. il giorno 25/3/2019

Di quanto sopra viene data comunicazione al RUP affinché provveda alla convocazione delle ditte nei modi previsti dal sopra richiamato art.8 della lettera d'invito


La seduta, della quale viene redatto il presente verbale, viene chiusa alle ore 17,00 del giorno 22/1/2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dr. Matteo Quarta

Dr.ssa Laura Perucchini

Dr. Fabrizio Russo

Three handwritten signatures are written on three horizontal lines. The top signature is for Dr. Matteo Quarta, the middle for Dr.ssa Laura Perucchini, and the bottom for Dr. Fabrizio Russo. The signatures are in black ink and are somewhat stylized.

**Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. 50/2016 per  
l'affidamento del servizio di litotrissia extracorporea mediante utilizzo di  
strumentazione mobile**

**VERBALE SEDUTA RISERVATA DI VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  
TECNICA PRESENTATA DALLE DITTE CONCORRENTI**

**VERBALE N. 2**

In data 1 aprile 2019, alle ore 14.00, presso l'UO Acquisti e Servizi dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona (in seguito Azienda), si riunisce la Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 417 del 27/12/2018, per la valutazione qualitativa delle offerte relative alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di litotrissia extracorporea mediante utilizzo di strumentazione mobile.

Sono presenti:

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| ➤ Dott. Matteo Quarta     | Dirigente medico presso l'U.O.C. Urologia - ASST di Cremona<br>in qualità di Presidente |
| ➤ Dr.ssa Laura Perucchini | Dirigente medico presso l'U.O.C. Urologia - ASST di Cremona<br>in qualità di componente |
| ➤ Dr. Fabrizio Russo      | Dirigente medico presso l'U.O.C. Urologia - ASST di Cremona<br>in qualità di componente |

La Commissione dopo la prova dei sistemi offerti prosegue nella valutazione delle offerte.

La Commissione ritiene necessario richiedere, con riferimento al criterio di valutazione di cui al punto 6 – art.9.1.1. della lettera d'invito, le seguenti precisazioni:

- EDAP TECHNOMED ITALIA S.r.l.: precisare l'età delle apparecchiature in dotazione analoghe a quelle offerte
- UROLOGY DIAGNOSTIC S.r.l: precisare il numero di commesse di cui la ditta è aggiudicataria con contratti in essere.

Di quanto sopra viene data comunicazione al RUP affinché provveda a richiedere alle ditte le suddette precisazioni.


La seduta, della quale viene redatto il presente verbale, viene chiusa alle ore 16,00 del giorno 1/4/2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dr. Matteo Quarta

Dr.ssa Laura Perucchini

Dr. Fabrizio Russo



**Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. 50/2016 per  
l'affidamento del servizio di litotrissia extracorporea mediante utilizzo di  
strumentazione mobile**

**VERBALE SEDUTA RISERVATA DI VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  
TECNICA PRESENTATA DALLE DITTE CONCORRENTI**

**VERBALE N. 3**

In data 1 agosto 2019, alle ore 9.00, presso l'UO Acquisti e Servizi dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona (in seguito Azienda), si riunisce la Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 417 del 27/12/2018, per la valutazione qualitativa delle offerte relative alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di litotrissia extracorporea mediante utilizzo di strumentazione mobile.

Sono presenti:

- Dott. Matteo Quarta                      Dirigente medico presso l'U.O.C. Urologia - ASST di Cremona  
in qualità di Presidente
- Dr.ssa Laura Perucchini                  Dirigente medico presso l'U.O.C. Urologia - ASST di Cremona  
in qualità di componente
- Dr. Fabrizio Russo                        Dirigente medico presso l'U.O.C. Urologia - ASST di Cremona  
in qualità di componente

La Commissione ricorda che nella seduta dell' 1/4/2019 aveva disposto che venissero richieste alle ditte concorrenti EDAP TECHNOMED ITALIA S.r.l e UROLOGY DIAGNOSTIC S.r.l precisazioni relativamente al criterio di valutazione di cui al punto 6 - art. 9.1.1. della lettera d'invito.

La Commissione prende atto che le precisazioni sono state richieste dal Responsabile Unico del Procedimento con nota prot.n. 11274/19 e 11275/19 del 4/4/2019.

La Commissione prende visione delle precisazioni trasmesse dalle ditte, tramite Piattaforma Sintel, entro il termine prescritto.

La Commissione prosegue pertanto nel lavoro di esame delle offerte tecniche.

Al termine, la Commissione procede alla attribuzione dei punteggi e rassegna ufficialmente il risultato del proprio lavoro come esposto nei prospetti allegati al presente verbale.


La seduta, della quale viene redatto il presente verbale, viene chiusa alle ore 11,00 del giorno 1/8/2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dr. Matteo Quarta

Dr.ssa Laura Perucchini

Dr. Fabrizio Russo




Valutazione Commissari		DORNIER MEDTECH ITALIA S.r.l.		EDAP TECHNOMED ITALIA S.r.l.		
Descrizione	Punteggio massimo	VALUTAZIONE	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE	MOTIVAZIONE	
Caratteristiche tecniche del generatore di onde d'urto	20	discreto	Dimensione del volume focale: 5x5x90, 7x7x110, 9x9x140mm, valori di pressione: 9-53MPa, densità di energia: 0,09-0,86mJ/mm <sup>2</sup> , energia effettiva: 7-62mJ, profondità focale: 150mm, percentuali di ritrattamento e di effetti collaterali, profondità di penetrazione: 220mm, frequenza di erogazione delle onde d'urto: 1-3Hz, sistema di puntamento in linea con il generatore: si, efficacia dichiarata	discreto	Dimensione del volume focale: x/y 1,5-3,2mm; z 14,2-22,4mm, valori di pressione: , densità di energia: 0,67-1,27mJ/mm <sup>2</sup> , energia effettiva: 16,3-52mJ, profondità focale: 170mm, percentuali di ritrattamento e di effetti collaterali, profondità di penetrazione: 210mm, frequenza di erogazione delle onde d'urto: 0,5-3Hz	
Qualità e prestazioni dei due sistemi di puntamento	12	eccellente	Radiologica isocentrica con il generatore di onde d'urto, puntamento ecografico sia in-line che out-line	sufficiente	Radiologica isocentrica con il generatore di onde d'urto, puntamento ecografico sul punto focale tramite supporto motorizzato non in-line	
Qualità del lettino	6	ottimo	Movimentazioni elettriche: si, altezza minima da terra: 72cm	buono	Movimentazioni elettriche: si, altezza minima da terra: 76cm	
Rumorosità del sistema	2	1,45	<83dB	2	1,5	80dB
Adeguatezza e praticità d'uso	8	buono	buona efficacia del trattamento con buona tolleranza del paziente - buona facilità nel puntamento - discreta ergonomia e confort del lettino	discreto	buona efficacia del trattamento con discreta tolleranza del paziente - discreta facilità nel puntamento - discreta ergonomia e confort del lettino	
Numerosità ed età delle apparecchiature in dotazione analoghe a quelle offerte in rapporto al numero di commesse di cui la ditta è aggiudicataria con contratti in essere	5	discreto	3 apparecchiature (anni di produzione 2012-2015-2017) per n. 10 contratti	discreto	2 apparecchiature per Centro Nord (anno di produzione 2013) per n.5 clienti	
Flessibilità nella riprogrammazione delle sedute per impedimenti della ditta, per mutate esigenze delle Aziende ospedaliere	6	4,5	numero di giorni massimo entro cui possibile organizzare un'uscita ad hoc 4 CG	0	non specifica il numero di giorni massimo entro cui possibile organizzare un'uscita ad hoc	
Descrizione della struttura organizzativa del servizio	5	buono	decrizione della struttura organizzativa del servizio esaustiva	discreto	decrizione della struttura organizzativa del servizio esaustiva. La ditta precisa che addebiterà all'Azienda la giornata di trattamento nel caso in cui venga rinviata	
Piano di manutenzione delle apparecchiature; piano di back-up in caso di malfunzionamento non immediatamente risolvibile per garantire il più tempestivamente possibile le prestazioni programmate	6	eccellente	impianto sostitutivo lo stesso giorno o al massimo il giorno successivo. In alternativa riprogrammazione intervento nei 2/3 gg successivi.	buono	riprogrammazione entro le 24h lavoro	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Valutazione Commissari		STORZ MEDICAL S.r.l.		UROLOGY DIAGNOSTIC S.r.l.	
Descrizione	VALUTAZIONE	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE	MOTIVAZIONE	VALUTAZIONE
Caratteristiche tecniche del generatore di onde d'urto	eccellente	Dimensione del volume focale: 6x28mm, 9x50mm, valori di pressione: , densità di energia: 0.42-3.65 e 0.42-2.4ml/mm <sup>2</sup> , energia effettiva: 3.65-150mJ, profondità focale: 180mm, percentuali di ritrattamento e di effetti collaterali, profondità di penetrazione: mm, frequenza di erogazione delle onde d'urto: 1-4Hz, sistema di puntamento in linea con il generatore: si, efficacia dichiarata	buono	Dimensione del volume focale: 2x2x17mm, 4x4x27mm, 8x8x71mm valori di pressione: , densità di energia: 1.6 (3.65) ml/mm <sup>2</sup> , energia effettiva: mJ, profondità focale: 165mm, percentuali di ritrattamento e di effetti collaterali, profondità di penetrazione: 173,178,200mm, frequenza di erogazione delle onde d'urto: -6Hz, sistema di puntamento in linea con il generatore: si, efficacia dichiarata	
Qualità e prestazioni dei due sistemi di puntamento	eccellente	Puntamento radiologico ed ecografico in-line	eccellente	Puntamento radiologico ed ecografico in-line	
Qualità del lettino	discreto	Movimentazioni elettriche: si, altezza minima da terra: 80cm	eccellente	Movimentazioni elettriche: si, altezza minima da terra: 70cm	
Rumorosità del sistema	2	60dB	1,67	<72dB	
Adeguatezza e praticità d'uso	eccellente	L'horissima estremamente efficace, scarsa/nulla algia riferita dai pazienti durante il trattamento con eccellente ergonomia e confort della posizione , buona facilità nel puntamento	ottimo	ottima efficacia del trattamento con buona tolleranza del paziente - ottima facilità nel puntamento - buona ergonomia e confort del lettino per il paziente	
Numerosità ed età delle apparecchiature in dotazione analogie a quelle offerte in rapporto al numero di commesse di cui la ditta è aggiudicataria con contratti in essere	eccellente	6 apparecchiature (anni di produzione: 2002-2004-2012-2013-2015-2017)) x 26 contratti	ottimo	9 apparecchiature (di cui 2 unità per emergenze- anni di fabbricazione compresi tra 2010 e 2017) per oltre 25 contratti con Enti pubblici in aggiunta ad ulteriori contratti di fornitura con strutture private)	
Flessibilità nella riprogrammazione delle sedute per impieghi della ditta, per mutate esigenze delle Aziende ospedaliere	2,57	numero di giorni massimo entro cui possibile organizzare un'uscita ad hoc: 7GG	6	numero di giorni massimo entro cui possibile organizzare un'uscita ad hoc: 3GG	
Descrizione della struttura organizzativa del servizio	eccellente	decrizione della struttura organizzativa del servizio esaustiva e ben dettagliata. La ditta assicura l'attivazione dell'apparecchiatura a partire dalle ore 8.00 come richiesto. La ditta precisa che nel caso in cui venga rinviato il trattamento non richiederà alcun risarcimento all'Azienda. Disponibilità anche al giorno successivo in caso di non esaurimento dei trattamenti programmati	buono	decrizione della struttura organizzativa del servizio esaustiva	
Piano di manutenzione delle apparecchiature; piano di backup in caso di malfunzionamento non immediatamente risolvibile per garantire il più tempestivamente possibile le prestazioni programmate	ottimo	apparecchiatura di backup disponibile in 2gg	eccellente	apparecchiatura di backup disponibile in 9h	





STEP 2: CALCOLO DEI VALORI MEDI DEI VALORI ATTRIBUITI DISCREZIONALMENTE DAI COMMISSARI							
	Caratteristiche tecniche del generatore di onde d'urto	Qualità e prestazioni dei due sistemi di puntamento	Qualità del lettino	Adeguatezza e praticità d'uso	Numerosità ed età delle apparecchiature in dotazione analoghe a quelle offerte in rapporto al numero di commesse di cui la ditta è aggiudicataria con contratti in essere	Descrizione della struttura organizzativa del servizio	Piano di manutenzione delle apparecchiature; piano di back-up in caso di malfunzionamento non immediatamente risolvibile per garantire il più tempestivamente possibile le prestazioni programmate
DORNIER MEDTECH ITALIA	0,70	1,00	0,90	0,80	0,70	0,80	1,00
EDAP TECHNO MED ITALIA	0,70	0,60	0,80	0,70	0,70	0,70	0,80
STORZ MEDICAL	1,00	1,00	0,70	1,00	1,00	1,00	0,90
UROLOGY DIAGNOSTIC	0,80	1,00	1,00	0,90	0,90	0,80	1,00
<b>MEDIA MAX:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
STEP 3: RIPARAMETRIZZAZIONE DELLE MEDIE RAPPORTANDO A 1 LA MEDIA PIU' ALTA							
	Caratteristiche tecniche del generatore di onde d'urto	Qualità e prestazioni dei due sistemi di puntamento	Qualità del lettino	Adeguatezza e praticità d'uso	Numerosità ed età delle apparecchiature in dotazione analoghe a quelle offerte in rapporto al numero di commesse di cui la ditta è aggiudicataria con contratti in essere	Descrizione della struttura organizzativa del servizio	Piano di manutenzione delle apparecchiature; piano di back-up in caso di malfunzionamento non immediatamente risolvibile per garantire il più tempestivamente possibile le prestazioni programmate
DORNIER MEDTECH ITALIA	0,70	1,00	0,90	0,80	0,70	0,80	1,00
EDAP TECHNO MED ITALIA	0,70	0,60	0,80	0,70	0,70	0,70	0,80
STORZ MEDICAL	1,00	1,00	0,70	1,00	1,00	1,00	0,90
UROLOGY DIAGNOSTIC	0,80	1,00	1,00	0,90	0,90	0,80	1,00
STEP 4: CALCOLO DEI PUNTEGGI FINALI SULLA BASE DELLE MEDIE RIPARAMETRATE							
	Caratteristiche tecniche del generatore di onde d'urto	Qualità e prestazioni dei due sistemi di puntamento	Qualità del lettino	Adeguatezza e praticità d'uso	Numerosità ed età delle apparecchiature in dotazione analoghe a quelle offerte in rapporto al numero di commesse di cui la ditta è aggiudicataria con contratti in essere	Descrizione della struttura organizzativa del servizio	Piano di manutenzione delle apparecchiature; piano di back-up in caso di malfunzionamento non immediatamente risolvibile per garantire il più tempestivamente possibile le prestazioni programmate
DORNIER MEDTECH ITALIA	14,00	12,00	5,40	6,40	3,50	4,00	6,00
EDAP TECHNO MED ITALIA	14,00	7,20	4,80	5,60	3,50	3,50	4,80
STORZ MEDICAL	20,00	12,00	4,20	8,00	5,00	5,00	5,40
UROLOGY DIAGNOSTIC	16,00	12,00	6,00	7,20	4,50	4,00	6,00
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>	<b>51,30</b>						
DORNIER MEDTECH ITALIA	43,40						
EDAP TECHNO MED ITALIA	59,60						
STORZ MEDICAL	55,70						
UROLOGY DIAGNOSTIC							

*Pluu*

*Mike*

*Prusy*

		20	12	6	8	5	5	6
<b>STEP 1: ATTRIBUZIONE DISCREZIONALE TRA O E 1 DEI PUNTEGGI DA PARTE DI CISSCUN COMMISSARIO</b>								
	Caratteristiche tecniche del generatore di onde d'urto		Qualità e prestazioni dei due sistemi di puntamento	Qualità del lettino	Adeguatezza e praticità d'uso	Numeroosità ed età delle apparecchiature in dotazione analoghe a quelle offerte in rapporto al numero di commesse di cui la ditta è aggiudicataria con contratti in essere	Descrizione della struttura organizzativa del servizio	Piano di manutenzione delle apparecchiature; piano di back-up in caso di malfunzionamento non immediatamente risolvibile per garantire il più tempestivamente possibile le prestazioni programmate
Commissario A	Caratteristiche tecniche del generatore di onde d'urto		Qualità e prestazioni dei due sistemi di puntamento	Qualità del lettino	Adeguatezza e praticità d'uso	Numeroosità ed età delle apparecchiature in dotazione analoghe a quelle offerte in rapporto al numero di commesse di cui la ditta è aggiudicataria con contratti in essere	Descrizione della struttura organizzativa del servizio	Piano di manutenzione delle apparecchiature; piano di back-up in caso di malfunzionamento non immediatamente risolvibile per garantire il più tempestivamente possibile le prestazioni programmate
DORNIER MEDTECH ITALIA	0,7	1	0,9	0,8	0,7	0,7	0,8	1
EDAP TECHNO MED ITALIA	0,7	0,6	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8
STORZ MEDICAL	1	1	0,7	1	1	1	1	0,9
UROLOGY DIAGNOSTIC	0,8	1	1	1	0,9	0,9	0,8	1
Commissario B	Caratteristiche tecniche del generatore di onde d'urto		Qualità e prestazioni dei due sistemi di puntamento	Qualità del lettino	Adeguatezza e praticità d'uso	Numeroosità ed età delle apparecchiature in dotazione analoghe a quelle offerte in rapporto al numero di commesse di cui la ditta è aggiudicataria con contratti in essere	Descrizione della struttura organizzativa del servizio	Piano di manutenzione delle apparecchiature; piano di back-up in caso di malfunzionamento non immediatamente risolvibile per garantire il più tempestivamente possibile le prestazioni programmate
DORNIER MEDTECH ITALIA	0,7	1	0,9	0,8	0,8	0,7	0,8	1
EDAP TECHNO MED ITALIA	0,7	0,6	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8
STORZ MEDICAL	1	1	0,7	1	1	1	1	0,9
UROLOGY DIAGNOSTIC	0,8	1	1	1	0,9	0,9	0,8	1
Commissario C	Caratteristiche tecniche del generatore di onde d'urto		Qualità e prestazioni dei due sistemi di puntamento	Qualità del lettino	Adeguatezza e praticità d'uso	Numeroosità ed età delle apparecchiature in dotazione analoghe a quelle offerte in rapporto al numero di commesse di cui la ditta è aggiudicataria con contratti in essere	Descrizione della struttura organizzativa del servizio	Piano di manutenzione delle apparecchiature; piano di back-up in caso di malfunzionamento non immediatamente risolvibile per garantire il più tempestivamente possibile le prestazioni programmate
DORNIER MEDTECH ITALIA	0,7	1	0,9	0,8	0,8	0,7	0,8	1
EDAP TECHNO MED ITALIA	0,7	0,6	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8
STORZ MEDICAL	1	1	0,7	1	1	1	1	0,9
UROLOGY DIAGNOSTIC	0,8	1	1	1	0,9	0,9	0,8	1

*Storus*

*Storus*

RIEPILOGO PUNTEGGI (soglia minima punti 42)

DITTE	Caratteristiche tecniche del generatore di onde d'urto (max punti 20)	Qualità e prestazioni dei due sistemi di puntamento (max punti 12)	Qualità del lettino (max punti 6)	Adeguatezza e praticità d'uso (max punti 8)	Numerosità ed età delle apparecchiature in dotazione analoghe a quelle offerte in rapporto al numero di commesse di cui la ditta è aggiudicataria con contratti in essere (max punti 5)	Descrizione della struttura organizzativa del servizio (max punti 5)	Piano di manutenzione delle apparecchiature; piano di back-up (max punti 6)	Rmotosità del sistema (max punti 2)	Flessibilità nella riprogrammazione delle sedute (max punti 6)	TOTALE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
DORNIER MEDTECH ITALIA	PUNTEGGIO ATTRIBUITO 14	PUNTEGGIO ATTRIBUITO 12	PUNTEGGIO ATTRIBUITO 5,4	PUNTEGGIO ATTRIBUITO 6,4	PUNTEGGIO ATTRIBUITO 3,5	PUNTEGGIO ATTRIBUITO 4	PUNTEGGIO ATTRIBUITO 6	PUNTEGGIO ATTRIBUITO 1,45	PUNTEGGIO ATTRIBUITO 4,5	57,25	62,45
EDAP TECHNOLOGICAL	14	7,2	4,8	5,6	3,5	3,5	4,8	1,5	0	44,90	48,98
STORZ MEDICAL	20	12	4,2	8	5	5	5,4	2	2,57	64,17	70,00
UROLOGY DIAGNOSTIC	16	12	6	7,2	4,5	4	6	1,67	6	63,37	69,13

*Sturmi*

*Alba Gini*

*Speser*

**Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. 50/2016 per  
l'affidamento del servizio di litotrissia extracorporea mediante utilizzo di  
strumentazione mobile**

**VERIFICA ANOMALIA OFFERTA**


In data 28 agosto 2019, alle ore 9.30 si è tenuta la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche relativa alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di litotrissia extracorporea mediante utilizzo di strumentazione mobile.

L'offerta della ditta STORZ MEDICAL ITALIA, risultata prima nella graduatoria di gara, presenta indice di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Il RUP procede alla verifica delle giustificazioni presentate dalla ditta, già allegate in sede di gara all'offerta economica e ritiene che gli elementi giustificativi siano idonei e significativi a giudicare nel suo insieme la serietà e l'affidabilità dell'offerta.

Cremona, 29 agosto 2019

IL RUP: Dott.ssa Susanna Aschedamini

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Susanna Aschedamini', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

SCHEMA D'OFFERTA

Descrizione	MARCA E MODELLO APPARECCHIATURA	Q.tà totale sedute 48 mesi	Prezzo Unitario offerto iva esclusa per seduta	Prezzo Totale offerto ( q.tà totale X prezzo unitario offerto iva esclusa)	%IVA
SEDUTA DI LITOTRISSIA CON STRUMENTAZIONE MOBILE	Litotritore Extracorporeo Storz Modulith SLX-F2/T con generatore di onde d'urto integrato al letto di terapia ESWL, Arco Radiologico a "C" Technix mod. TCA 6R, Ecografo Hitachi Aloka F37 color Doppler completo di sonde, Stampanti Sony, ECG Storm-Sync, Stazione Dicom con microprint.	72	€ 1.900,00	€ 136.800,00	22
<b>Totale Fornitura iva esclusa (in cifre) Euro Centotrentaseimilaottocento/00</b>					
L'importo totale di fornitura sopra indicato è comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza (ex lege) e che ammontano complessivamente ad Euro 500,00 (Euro Cinquecento/00)					
L'importo totale di fornitura sopra indicato è comprensivo degli oneri relativi al costo del personale e che ammontano complessivamente ad Euro 28.800,00 (Euro Ventottomilaottocento/00)					