



CAPITOLATO TECNICO

1. OGGETTO

Acquisizione di n. 3 Videocistoscopi nuovi di fabbrica e di ultima generazione, aventi le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche indispensabili:

- ✚ Utilizzabile con il sistema presente in reparto (Storz 2004501 Telepack) o dotato di opportuno sistema equivalente
- ✚ Visione diretta a 0°
- ✚ Sterilizzabile in Medivator, Sterrad, ETO, FO, Steris
- ✚ Completamente immergibile in soluzioni sterilizzanti/disinfettanti
- ✚ Messa a fuoco ed illuminazione automatiche
- ✚ Dotato di contenitore per la sterilizzazione e conservazione

Caratteristiche orientative:

- ✚ Angolo di apertura visione: 120°
- ✚ Lunghezza operativa 37cm
- ✚ Canale operativo con diametro di 6.5CH
- ✚ Camicia esterna con diametro di 16CH
- ✚ Completamente immergibile in soluzioni sterilizzanti/disinfettanti
- ✚ Messa a fuoco ed illuminazione automatiche

Gli strumenti dovranno essere completi, pena esclusione, di tutto quanto necessario al corretto funzionamento di quanto offerto e dovrà essere comprensivo delle parti consumabili non monouso o monopaziente necessarie per il suo corretto funzionamento (quali, a titolo non esaustivo, kit di manutenzione, filtri...), con la sola esclusione quindi del solo eventuale materiale monouso e/o monopaziente. Tutto quanto proposto deve rispondere alle normative generali e particolari CEI ed essere conforme alle direttive europee sui dispositivi medici 93/42/EEC e s.m.i. (quando applicabili).

Nel predisporre l'offerta tecnica, il fornitore tenga in considerazione il principio di equivalenza di cui all'art. 68 del D.Lgs 50/2016 secondo il quale, a fronte dei requisiti/caratteristiche richiesti, è sempre possibile offrire soluzioni tecniche considerate equivalenti a patto che il fornitore dimostri, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'art. 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

1. PARAMETRI DI VALUTAZIONE TECNICA

Qualità immagine (discrezionale): max punti 25

Verranno valutate Risoluzione, definizione, nitidezza e colori

Caratteristiche tecniche (discrezionale): max punti 25

Verranno valutati i materiali, le performance dello strumento e le caratteristiche migliorative rispetto alle richieste di capitolato



Ergonomia e sterilizzazione (discrezionale): max punti 10

[Facilità di gestione dello strumento](#)

Garanzia(lineare) max punti 5

[Mesi di garanzia oltre i 12](#)

Manutenzione e ripristino(discrezionale): max punti 5

[La commissione valuterà le modalità di risoluzione guasti proposta dal concorrente nell'ambito della manutenzione correttiva](#)