CHIARIMENTI

Richiesta n.1

Si chiedono gentilmente 7 giorni di proroga esclusivamente per l'invio della campionatura

Riscontro richiesta n. 1

Si rimanda al documento "2024_0016090_POSTICIPO_CAMPIONATURA" pubblicato nella sezione "Documentazione di gara".

Richiesta n. 2

Il valore dell'importo presunto indicato in ciascun lotto è superabile?

Riscontro richiesta n. 2

Si conferma che trattasi di importo presunto; è pertanto possibile presentare offerte di importo superiore a quanto indicato nella richiesta di offerta alla voce "Importo totale presunto (IVA esclusa)" di ciascun lotto

Richiesta n. 3

Per il lotto 10 non è richiesta campionatura?

Riscontro richiesta n. 3

Si conferma che per il lotto 10 non è richiesta campionatura.

Richiesta n. 4

Si richiede di poter offrire al lotto 4 al fine di permettere una più ampia partecipazione alla gara, una medicazione equivalente avente le seguenti caratteristiche:

Medicazione di fissaggio sutureless in TNT per cateteri vascolari costituito da film in poliuretano traspirante e trasparente con sistema di ancoraggio idoneo a garantire l'immobilità e la stabilità del catetere, superficie inferiore composta da adesivo ipoallergenico di facile rimozione. Destinata al fissaggio di cateteri venosi centrali, picc, midline. Permeabile a ossigeno e vapore acqueo, massa adesiva ipoallergenica a base di acrilati, idrorepellente. Confezionata in busta singola sterile peel to open, etichettata, resistente alla rottura, facilmente apribile e maneggiabile, etichettata secondo norme di legge.

Riscontro richiesta n. 4

Si conferma la possibilità di presentare offerta per un prodotto equivalente, sempreché le caratteristiche del suddetto risultino effettivamente equivalenti e, a discrezione dell'Azienda, idonee a soddisfare le esigenze degli utilizzatori.

Richiesta n. 5

Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

1. Con riferimento al Lotto 1 si chiede di confermare la possibilità di offrire un prodotto equivalente a quello indicato, in termini di:
 - Tecnologia SHIELD
 - Doppia finestra trasparente a nido d'ape
 - Cuscinetto assorbente in cellulosa
 - Dimensioni
2. Con riferimento al Lotto 2, in particolare alle caratteristiche tecniche del prodotto richiesto, si chiede di confermare che nella descrizione "La trasparenza della finestra in poliuretano permette la visione del sito di inserzione del catetere, dotato di alette laterali e strisce di rinforzo per facilitare l'applicazione con i guanti" la caratteristica "dotato di alette laterali" si riferisca al catetere e non alla medicazione. Si chiede inoltre se sia necessario offrire il sistema di fissaggio aggiuntivo oltre alla medicazione trasparente.
3. Con riferimento al Lotto 3 si chiede se con "prolunga luer-lock girevole incorporata" si intenda la necessità di offrire una prolunga insieme alla medicazione.
4. Con riferimento al Lotto 6 si chiede se sia possibile partecipare esclusivamente al progressivo n.1

Riscontro richiesta n. 5

1. Si rimanda al riscontro alla richiesta di chiarimento n. 4
2. Le alette sono relative alla medicazione, utili per l'ottimizzazione del fissaggio
3. La prolunga deve essere incorporata
4. Come indicato nel testo della Richiesta di Offerta "Gli operatori economici devono *presentare offerta per tutti i prodotti richiesti in ciascun lotto. L'affidamento avverrà per singolo lotto, unico e indivisibile. Non saranno prese in considerazione offerte di quantitativi parziali e/o condizionate*".

Richiesta n. 6

In riferimento al lotto 4, medicazione di fissaggio suturless in TNT per cateteri vascolari, si chiede cortesemente di chiarire se la forma a farfalla del dispositivo descritta sia da intendersi alla medicazione complessiva o all'alloggiamento ospitante il catetere.

Riscontro richiesta n. 6

Si rimanda al riscontro alla richiesta di chiarimento n. 5.2