

# CHIARIMENTI

## **Richiesta n.1**

Si chiede di specificare che tipo di tecnologia di lettura della CO2 viene utilizzata (microstream o altro)

## **Riscontro richiesta n. 1**

I monitor sui quali si intende utilizzare le maschere sono:

- Draeger Vista 120 s, con modulo CO2 Sidestream
  - Draeger Infinity Delta
  - GE Datex Ohmeda F-FM-00
  - GE Datex Ohmeda S 5 COMPACT AM
-