



ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

Azienda Ospedaliera

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO

N. **69** DEL **30/06/2015**

PROT. **11299/15**

OGGETTO **FORNITURA DI N. 1 MICROSCOPIO ENDOTELIALE**

Il responsabile del procedimento: Dott. Rabaglio Carlo

Si attesta che la copia del presente atto viene pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda Ospedaliera, ove rimarrà per giorni 10 interi e consecutivi.

Dal 01/07/2015 Al 10/07/2015

IL RESPONSABILE U.O. Affari Generali e Legali
Dott.ssa Marianna Bonfanti

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO,
nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con Deliberazione n. 36 del
20/02/2008:

preso atto che con nota del 27/3/2015 il Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale
trasmetteva all'U.O. Provveditorato Economato il capitolato con le caratteristiche tecniche
necessarie al fine di procedere all'indizione di procedura di gara per la fornitura di n.1 microscopio
endoteliale ;

preso atto che l'acquisto in oggetto è finanziato con i fondi di cui alla DGR n. X/2324 del
12/9/2014;

considerato che trattasi di prodotti per i quali non sono attive convenzioni CONSIP e ARCA e non
sono in programmazione iniziative a livello regionale attribuite ad ARCA, come risulta da
documentazione in atti;

rilevato come da documentazione in atti che:

- con nota prot. n. 11299/15 del 21/4/2015 è stato disposto invito a Cottimo Fiduciario, per la
fornitura di n. 1 microscopio endoteliale mediante utilizzo della Piattaforma Sintel alle seguenti
Ditte:
 - Frastema Ophthalmics s.r.l.;
 - Sir Oftalmica s.r.l.;
 - Miloftalmica;
 - Carl Zeiss s.p.a.;
 - New Tech s.p.a.;
 - Medicalia s.r.l.;
 - Tiesselab;
 - Alfa Instruments;
 - Tecno Instruments s.r.l.

- entro il termine prescritto hanno presentato offerta le seguenti Ditte:
 - Miloftalmica;
 - Medicalia s.r.l.;
 - New Tech s.p.a.;
 - Tecno Instruments s.r.l.
 - Alfa Instruments;

- il criterio di aggiudicazione stabilito è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006;

considerato che con nota del 7/5/2015, agli atti, il Direttore Generale ha nominato i membri della
Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione tecnica, come di seguito indicato:

- Presidente: Ing. Marco Cavecchi – Responsabile Servizio Ingegneria Clinica;
- Componente: Dr. Matteo Cacciatori – Direttore U.O. Oculistica;
- Componente: Dr. Giovanni Vito – Dirigente Medico U.O. Oculistica POC

preso atto del verbale di attribuzione dei punteggi tecnici della Commissione Giudicatrice del
16/6/2015 allegato al presente provvedimento;

dato atto che a seguito dell'apertura delle offerte economiche il cottimo fiduciario ha dato l'esito di cui agli allegati prospetti riepilogativi di aggiudicazione;

ritenuto pertanto di aggiudicare la fornitura alla Ditta Miloftalmica che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006;

precisato che la Ditta Miloftalmica ha presentato un'offerta economica complessiva pari ad € 19.500,00 (i.v.a. esclusa);

atteso che:

- ✓ l'U.O. Economico Finanziaria ha imputato la somma complessiva di € 23.790,00 i.v.a. inclusa al conto 102240010 "Attrezzature sanitarie e scientifiche" dello Stato Patrimoniale;
- ✓ la spesa è finanziata col contributo previsto dalla DGR n. X/2324/14 (F147);
- ✓ sul conto economico graverà la relativa quota di ammortamento a partire dalla data di collaudo;

DISPONE

1. di aggiudicare, per i motivi indicati in narrativa, la fornitura di n. 1 microscopio alla Ditta Miloftalmica per un importo di € 19.500,00 i.v.a. esclusa;
2. di dare atto che:
 - l'U.O. Economico Finanziaria ha imputato la somma complessiva di € 23.790,00 i.v.a. inclusa al conto 102240010 "Attrezzature sanitarie e scientifiche" dello Stato Patrimoniale;
 - la spesa è finanziata col contributo previsto dalla DGR n. X/2324/14 (F147);
 - sul conto economico graverà la relativa quota di ammortamento a partire dalla data di collaudo;
3. di nominare quale Direttore dell'esecuzione del contratto per questa Azienda, il Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 33/2009.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO
Dott.ssa Susanna Aschedamini



MICROSCOPIO ENDOTELIALE

Modalità e velocità di acquisizione

Programmi dedicati

caratteristiche migliorative

garanzia e manutenzione

max		ALFA INSTRUMENTS	
20		buono	Microscopia speculare 1 centrale - 6 periferici
15		eccellente	Rispetta le richieste
20		discreto	non fornito tavolo appoggio - non fornita stampante termica
5		sufficiente	1yy garanzia,

Modalità e velocità di acquisizione

Programmi dedicati

caratteristiche migliorative

garanzia e manutenzione

max		TECNO INSTRUMENTS	
20		ottimo	Microscopia speculare 1 centrale - 14 periferici
15		buono	ND elaborazione e archiviazione immagini
20		eccellente	Tavolo di appoggio, stampante, joystick
5		eccellente	2yy garanzia,

Modalità e velocità di acquisizione

Programmi dedicati

caratteristiche migliorative

garanzia e manutenzione

max		MEDICALIA	
20		ottimo	Microscopia speculare 3 centrali - 14 periferici
15		eccellente	Rispetta le richieste
20		buono	Tavolo di appoggio e stampante
5		eccellente	2yy garanzia,

Modalità e velocità di acquisizione

Programmi dedicati

caratteristiche migliorative

garanzia e manutenzione

max		MILOFTALMICA	
20		eccellente	Microscopia speculare 1 centrali - 8 paracentrali 6 periferici
15		eccellente	Rispetta le richieste
20		eccellente	Tavolo di appoggio, stampante, joystick
5		eccellente	2yy garanzia,

Modalità e velocità di acquisizione

Programmi dedicati


caratteristiche migliorative

garanzia e manutenzione


max		NEW TECH	
20		buono	Microscopia speculare 1 centrali 6 periferici
15		eccellente	Rispetta le richieste
20		buono	no joystick - stampante separata
5		sufficiente	1yy garanzia,

16 Giugno 2015


Matteo Cacciatori
UO Oculistica



Maurizio Bassi
UO Oculistica



Marco Cavecchi
SIC



FORNITURA DI N. 1MICROSCOPIO ENDOTELIALE- ATTRIBUZIONE PUNTEGGI TECNICI

	CRITERIO1: MODALITA E VELOCITA DI ACQUISIZIONE	CRITERIO 2: PROGRAMMI DEDICATI	CRITERIO 3: CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	CRITERIO 4: GARANZIA E MANUTENZIONE
MAX PUNTI:	20	15	20	5
STEP 1: ATTRIBUZIONE DISCREZIONALE TRA 0 E 1 DEI PUNTEGGI DA PARTE DI CISCUN COMMISSARIO				
Commissario A	CRITERIO1: MODALITA E VELOCITA DI ACQUISIZIONE	CRITERIO 2: PROGRAMMI DEDICATI	CRITERIO 3: CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	CRITERIO 4: GARANZIA E MANUTENZIONE
DITTA ALFA INSTRUMENTS	0,80	1,00	0,70	0,60
DITTA TECNO INSTRUMENTS	0,90	0,80	1,00	1,00
DITTA MEDICALIA	0,90	1,00	0,80	1,00
DITTA MILOFTALMICA	1,00	1,00	1,00	1,00
DITTA NEW TECH	0,80	1,00	0,80	0,60
Commissario B	CRITERIO1: MODALITA E VELOCITA DI ACQUISIZIONE	CRITERIO 2: PROGRAMMI DEDICATI	CRITERIO 3: CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	CRITERIO 4: GARANZIA E MANUTENZIONE
DITTA ALFA INSTRUMENTS	0,80	1,00	0,70	0,60
DITTA TECNO INSTRUMENTS	0,90	0,80	1,00	1,00
DITTA MEDICALIA	0,90	1,00	0,80	1,00
DITTA MILOFTALMICA	1,00	1,00	1,00	1,00
DITTA NEW TECH	0,80	1,00	0,80	0,60
Commissario C	CRITERIO1: MODALITA E VELOCITA DI ACQUISIZIONE	CRITERIO 2: PROGRAMMI DEDICATI	CRITERIO 3: CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	CRITERIO 4: GARANZIA E MANUTENZIONE
DITTA ALFA INSTRUMENTS	0,80	1,00	0,70	0,60
DITTA TECNO INSTRUMENTS	0,90	0,80	1,00	1,00
DITTA MEDICALIA	0,90	1,00	0,80	1,00
DITTA MILOFTALMICA	1,00	1,00	1,00	1,00
DITTA NEW TECH	0,80	1,00	0,80	0,60
STEP 2: CALCOLO DEI VALORI MEDI DEI VALORI ATTRIBUITI DISCREZIONALMENTE DAI COMMISSARI				
	CRITERIO1: MODALITA E VELOCITA DI ACQUISIZIONE	CRITERIO 2: PROGRAMMI DEDICATI	CRITERIO 3: CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	CRITERIO 4: GARANZIA E MANUTENZIONE
DITTA ALFA INSTRUMENTS	0,80	1,00	0,70	0,60
DITTA TECNO INSTRUMENTS	0,90	0,80	1,00	1,00
DITTA MEDICALIA	0,90	1,00	0,80	1,00
DITTA MILOFTALMICA	1,00	1,00	1,00	1,00
DITTA NEW TECH	0,80	1,00	0,80	0,60
MEDIA MAX:	1,00	1,00	1,00	1,00
STEP 3: RIPARAMETRAZIONE DELLE MEDIE RAPPORTANDO A 1 LA MEDIA PIU' ALTA				
	CRITERIO1: MODALITA E VELOCITA DI ACQUISIZIONE	CRITERIO 2: PROGRAMMI DEDICATI	CRITERIO 3: CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	CRITERIO 4: GARANZIA E MANUTENZIONE
DITTA ALFA INSTRUMENTS	0,80	1,00	0,70	0,60
DITTA TECNO INSTRUMENTS	0,90	0,80	1,00	1,00
DITTA MEDICALIA	0,90	1,00	0,80	1,00
DITTA MILOFTALMICA	1,00	1,00	1,00	1,00
DITTA NEW TECH	0,80	1,00	0,80	0,60
STEP 4: CALCOLO DEI PUNTEGGI FINALI SULLA BASE DELLE MEDIE RIPARAMETRATE				
	CRITERIO1: MODALITA E VELOCITA DI ACQUISIZIONE	CRITERIO 2: PROGRAMMI DEDICATI	CRITERIO 3: CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	CRITERIO 4: GARANZIA E MANUTENZIONE
DITTA ALFA INSTRUMENTS	16,00	15,00	14,00	3,00
DITTA TECNO INSTRUMENTS	18,00	12,00	20,00	5,00
DITTA MEDICALIA	18,00	15,00	16,00	5,00
DITTA MILOFTALMICA	20,00	15,00	20,00	5,00
DITTA NEW TECH	16,00	15,00	16,00	3,00
	TOTALE			
DITTA ALFA INSTRUMENTS	48,00			
DITTA TECNO INSTRUMENTS	55,00			
DITTA MEDICALIA	54,00			
DITTA MILOFTALMICA	60,00			
DITTA NEW TECH	50,00			

PROSPETTO AGGIUDICAZIONE FONRITURA DI N. 1 MICROSCOPIO ENDOTELIALE

Ditta	Punteggio tecnico	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio totale
Miloftalmica	60,00	19.500,00	32,62	92,62
New tech s.p.a.	50,00	15.900,00	40,00	90,00
Tecno Instruments	55,00	18.750,00	33,92	88,92
Medicalia s.r.l.	54,00	18.900,00	33,65	87,65
Alfa Instruments	48,00	17.118,00	37,15	85,15