

Procedura aperta telematica in forma aggregata per l'affidamento della fornitura di **Dispositivi Medici e Materiali Sanitari Vari** occorrenti all'ASST di Cremona (capofila), all'ASST di Crema e all'ASST di Mantova (mandanti).

#### **QUESITO N. 15**

Spett.le ASST Cremona, con riferimento alla campionatura richiesta al Lotto 112 "Maschera Facciale per ventilazione non invasiva", dove vengono richiesti 2 pezzi per misura, si chiede di poter inviare 2 pezzi delle tre taglie centrali visto l'elevato numero di pezzi che sarebbero da campionare ed il relativo costo.

#### **RISPOSTA QUESITO N. 15**

Si conferma la possibilità di inviare 2 pezzi delle 3 taglie centrali.

#### **QUESITO N. 16**

Buongiorno, in riferimento alla procedura in corso si pongono i seguenti quesiti:

LOTTI 79 e 80: si chiede conferma che il dispositivo richiesto sia coppia di piastre per defibrillazione e che per le piastre non originali, trattandosi di prodotti salvavita al fine di aumentarne il livello di sicurezza e garanzia, le piastre debbano essere certificate da ente terzo e quindi in classe IIB e non semplicemente autocertificate.

Lotto 103 e 104: al fine della corretta codifica si chiede cortesemente il codice degli elettrodi in uso e/o maggiori specifiche su: misure, materiale (acciaio, teflon, tungsteno) monouso o riutilizzabili.

#### **RISPOSTA QUESITO N. 16**

LOTTI 79 e 80

Sì, si conferma. Come da Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, trattasi di Elettrodi multifunzione, trasparenti, per defibrillazione esterna, cardioversione sincronizzata transtoracica, elettrostimolazione cardiaca transcutanea e monitoraggio ECG.

I dispositivi offerti dovranno essere, come specificato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, conformi alla Normativa vigente per quanto riguarda tutte le caratteristiche, compresa la classificazione in classe di rischio e il rispetto delle norme sicurezza vigenti. Per le piastre non originali la compatibilità con i defibrillatori potrà essere attestata con autocertificazione o con certificazione da ente terzo.

LOTTI 103 e 104

Per il lotto 103 il codice in uso è: F4067

Per il lotto 104 i codici in uso sono i seguenti:

- per il rif. 1: E1037;
- per il rif 2: F4051TU/108;
- per il rif 3: F4051TU

Le caratteristiche da voi richieste sono chiaramente esplicitate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.