

## **RICHIESTE DI CHIARIMENTO**

**Chiarimento n. 1:** Nel bando è indicato che le offerte devono pervenire sono in caso di pronta disponibilità della merce. Trattandosi di quantità biennale è possibile avere riscontro sul quantitativo minimo disponibile richiesto?

**Chiarimento n. 2:** In merito ai vetrini porta oggetto per montavetrini, viene indicato un codice Clini-lab che corrisponde ai portavetrini con banca gialla. Il colore della banda preclude la valutazione dell'offerta?

**Chiarimento n. 3:** Sono accettate offerte per i due vetrini SENZA le bande colorate ? I codici di riferimento Clinilab rimandano ad un vetrino con BANDA BIANCA per il vs codice 17097, e a un vetrino CON BANDA GIALLA per il vs codice 25789. E' possibile fornirVi vetrini con banda scrivibile, ma neutra ?

**Chiarimento n. 4:** in relazione alla procedura n. 123874711, si chiede a codesto rispettabile ente che tipo di montavetrini è attualmente installato in laboratorio per i vetrini macro?

## **RISCONTRO ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO**

**Chiarimento n. 1:** per pronta disponibilità della merce si intende un ordine minimo di 10.000 vetrini;

**Chiarimento n. 2:** per i vetrini porta-oggetto il colore della banda non preclude la valutazione; dell'offerta.

**Chiarimento n. 3:** No, la banda scrivibile neutra non è accettata, la banda colorata è un requisito imprescindibile per la valutazione dell'offerta;

**Chiarimento n. 4:** il montavetrini in dotazione presso il servizio di Anatomia Patologica nell'ambito del sistema di tracciabilità è Medite RCM 7000;

Si precisa inoltre che i vetrini devono essere compatibili con le stampanti Diapath AP Itineris in dotazione presso il servizio di Anatomia Patologica nell'ambito del sistema di tracciabilità. La compatibilità di stampa verrà valutata dal Servizio sulla campionatura che verrà inviata.