

AVVISO DI PUBBLICAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA DI

DEFLUSSORI CON RACCORDO AD Y PER INFUSIONE

Si avvisa che l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, Viale Concordia 1 – 26100 Cremona ha pubblicato sulla Piattaforma Sintel richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs 50/2016 per la fornitura di:

Deflussore in materiale plastico di grado medicale privo di ftalati, con doppio accesso per infusione endovenosa a caduta di farmaci. Apirogeno. Atossico. Dotato di perforatore con cappuccio di protezione. Presa d'aria con filtro idrofobico-antibatterico. Camera di gocciolamento trasparente con filtro da 15 micron. Tubo di lunghezza non inferiore a 150cm. Regolatore di flusso costituito da stringi tubo a rotella (roller). Raccordo a Y per infusione. Raccordo terminale Luer lock.

CONFEZIONAMENTO SINGOLO MONOUSO STERILE. LATEX FREE

Id procedura: 84705530

Le ditte interessate potranno presentare la propria offerta accedendo alla procedura e caricando la documentazione specificata nella richiesta.

Termine per la presentazione delle offerte: 20 APRILE 2017 – ORE 12.00

Per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito ai contenuti del presente avviso è possibile contattare il Servizio di Farmacia – Sig.ra Cristina Ferrari al recapito tel.0372/405415.

Cremona, lì 05/04/2017

IL DIRETTORE
SERVIZIO DI FARMACIA
f.to - Dr. Franco Sartori -