



SC GESTIONE ACQUISTI

Procedura aperta telematica multilotto in forma aggregata, per l'affidamento della fornitura di diagnostici e reagenti manuali vari, occorrenti all'ASST di Cremona (Capofila) e all'ASST di Mantova (Mandante).

N.	Quesiti	Risposte
14	<p>1. Si chiede gentilmente di indicare quale sia la marca e il modello di sequenziatore presente in laboratorio;</p> <p>2. Lotto 57 - Kit CFTR in A.F.: Si chiede conferma che sono già presenti e disponibili nei vostri laboratori i seguenti reagenti accessori LIZ 600 e di formammide e, che la scrivente, non debba considerare tale costo nell'importo offerto del lotto;</p> <p>3. Lotto 65 - Kit X Fragile in A.F.: Si chiede conferma che sono già presenti e disponibili nei vostri laboratori le seguenti matrici DS-30 e DS-31 e, che la scrivente non debba considerare tale costo nell'importo offerto del lotto;</p> <p>4. Lotto 68 - Kit MALATTIA DI HUNTINGTON in A.F.: Si chiede conferma che sono già presenti e disponibili nei vostri laboratori i seguenti reagenti accessori LIZ 500 e della matrice DS-33 e, che la scrivente non debba considerare tale costo nell'importo offerto del lotto</p>	<p>1. Sequenziatore modello SeqStudio Genetic Analyzer, ditta Thermo Fisher.</p> <p>2. Si conferma che i reagenti accessori indicati non debbano essere considerati nell'importo dell'offerta;</p> <p>3. Si conferma che i reagenti accessori indicati non debbano essere considerati nell'importo dell'offerta;</p> <p>4. Si conferma che i reagenti accessori indicati non debbano essere considerati nell'importo dell'offerta.</p>
15	<p>Lotto 62 sublotto 62.1 - Si prega di precisare come devono essere svolti questi "SAGGI PER DISCRIMINAZIONE ALLELICA DI SNP" si tratta di saggi PCR o realtime PCR? è possibile avere la sequenza dei primer e/o sonde utilizzate? Oppure verrà utilizzato il sequenziamento sanger?</p>	<p>Si precisa che si tratta di saggi in real time PCR; attualmente viene utilizzato il kit "AQMAN SNP GENOTYPING ASSAY HUMAN" cod. 4351379 ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA.</p>
16	<p>si chiede di chiarire gentilmente se possiamo partecipare con 2 test uno per Adenovirus e Rotavirus e l'altro per il solo Norovirus?</p>	<p>No. Come indicato nei documenti di gara si chiede un test che effettui contemporaneamente Rota-Adeno-Noro.</p>
17	<p>In riferimento all'offerta economica di dettaglio, si chiede cortesemente di chiarire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il totale complessivo offerto deve essere calcolato sulle quantità richieste o sul totale delle confezioni offerte? • il totale fornitura per ogni lotto deve essere indicato solo in lettere? Diversamente si chiede di confermare che sia possibile aggiungere una riga al documento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Il totale complessivo offerto deve essere calcolato moltiplicando il quantitativo totale richiesto (colonna "fabbisogno esennale complessivo richiesto riferito alla UM") per il prezzo unitario offerto, come indicato nel prospetto dettaglio



SC GESTIONE ACQUISTI

		<p>prezzi unitari (Es: lotto 1 = 6000 ML X prezzo offerto a ML)</p> <ul style="list-style-type: none">• Il totale fornitura per ogni lotto deve essere indicato in lettere nell'apposto spazio indicato nel prospetto dettaglio prezzi unitari, che può essere integrato aggiungendo altresì una riga per indicare l'importo complessivo in numero. Si ricorda, che come già indicato nel Disciplinare di gara l'importo complessivo dell'offerta al netto dell'IVA, <u>espresso in numero</u>, deve essere indicato in piattaforma Sintel nell'apposto spazio dedicato. In caso di contrasto tra l'importo complessivo imputato a Sistema e l'importo indicato nell'allegato "Dettaglio prezzi unitari", viene considerato come valido l'importo imputato a Sistema e sarà aggiornato il documento "Dettaglio prezzi unitari";
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------