

#### **CHIARIMENTO N.8**

**Per il lotto 2 viene richiesto che le pinze siano complete e di cavo, essendo il cavo pluriuso,abbiamo la necessita di sapere quanti cavi devono essere consegnati in caso di aggiudicazione**

#### **RISPOSTA N.8**

In caso di aggiudicazione devono essere consegnati in dotazione alla fornitura delle pinze almeno n. 4 cavi pluriuso

#### **CHIARIMENTO N. 9**

**Relativamente al lotto 2 e al lotto 3, si chiede se le pinze bipolari da Voi richieste devono avere il canale d'irrigazione**

#### **RISPOSTA N. 9**

No, non viene richiesto il canale di irrigazione

#### **CHIARIMENTO N. 10**

**Relativamente al lotto 2 si chiede il numero di cavi da dare in dotazione alle pinze bipolari**

#### **RISPOSTA N. 10**

Si rimanda alla risposta n. 8

#### **CHIARIMENTO N. 11**

**Lotto 3: si richiedono chiarimenti riguardo la richiesta di pinze “comprehensive di cavo”. Le pinze infatti vengono sempre fornite prive di cavo, il cui attacco dipende anche dal tipo di apparecchio a cui vengono collegate. Tale cavo potrebbe essere indistintamente fornito dall’azienda fornitrice dell’apparecchio o dalla ditta fornitrice delle pinze. Si chiede quindi di poter quotare solo le pinze**

#### **RISPOSTA N. 11**

La richiesta non è pertinente al lotto n. 3, in quanto la dicitura “comprehensive di cavo” è relativa al lotto n.2: si specifica, comunque, che la quotazione delle pinze è comprensiva della dotazione dei cavi pluriuso nei quantitativi già indicati alla risposta n 8.