

CHIARIMENTO N. 6

La presente per chiedere se il sistema di coagulazione e taglio bipolare per interventi complessi in Neurochirurgia (LOTTO 1), oltre alle correnti di taglio e coagulazione bipolari, debba essere dotato anche di correnti di taglio e coagulazione monopolari specifiche per Neurochirurgia

RISPOSTA N.6

No, le correnti monopolari non sono necessarie. Si rimanda alle specifiche indicate nel capitolato tecnico