

RICHIESTA CHIARIMENTI N.1

In merito all'allegato tecnico, siamo a chiedere due chiarimenti:

1. Dove sono fisicamente tutti gli strumenti per il quale viene richiesto l'intervento di modifica dei programmi o riconvalida dei cicli? Sono tutti nello stesso edificio?
2. Gli interventi devono essere effettuati in modo esclusivo delle ditte produttrici (CISA, STEELCO, MIELE, ECC) o è possibile affidare il lavoro anche ad un tecnico esterno pur mantenendo la qualità dell'operato?

RISPOSTA

1. Tutte le strumentazioni sono dislocate presso il Presidio Ospedaliero di Cremona, Viale Concordia 1 e presso il Presidio Ospedaliero Oglio Po di Vicomoscana di Casalmaggiore, via Staffolo 51
2. Per i Lotti 1, 2, 3 e 4 gli interventi di modifica dei programmi di lavaggio devono essere eseguiti dalle ditte produttrici (CISA, STEELCO, MIELE, ECC) mentre la riconvalida dei cicli di disinfezione deve essere affidata ad una ditta terza eventualmente individuabile tra le proprie ditte partner
Per i Lotti 5 e 6 gli interventi di modifica dei programmi di lavaggio devono essere eseguiti dalle ditte produttrici (CISA, STEELCO, MIELE, ECC)
Per il Lotto 7, l'intervento di modifica dei parametri di funzionamento può essere affidato anche ad un tecnico esterno pur mantenendo la qualità dell'operato